



ЭХП
РОСАТОМ

**Федеральное государственное
унитарное предприятие
«Комбинат «Электрохимприбор»
(ФГУП «Комбинат
«Электрохимприбор»)**

Коммунистический пр., д. 6а,
г. Лесной, Свердловская обл., 624203
Телефон (34342) 9-50-62, факс (34342) 9-56-76
E-mail: main@ehp-atom.ru
ОКПО 07624577 ОГРН 1026601766950
ИНН 6630002336 КПП 668101001

08.11.2022 № _____ 018982

На № _____ от _____

**Разъяснение закупочной
документации**

Уважаемые участники закупочной процедуры
№ 32211810435, 221101/0477/1045, № 32211810435

По данной процедуре поступил вопрос от претендента / участника
следующей формулировкой:

Вопрос:

Добрый день, прошу уточнить: В ТЗ указано "В комплект поставки оборудования (на 1 комплект) должны входить: Блок управления и индикации (НПС-3.2) - 1 шт. Детектор БДС-2 (сцинтилляционный блок детектирования) - 2 шт. Детектор БДГ-1 (блок детектирования со счётчиком Гейгера) - 2 шт." Блок управления НПС-3.2 - 2-х канальный, можно подключить только два датчика (любых) Если нужно задействовать четыре детектора, тогда и кол-во НПС-3.2 необходимо увеличить.

Ответ:

В Томе 2 Техническая часть указано, что поставка оборудования осуществляется в количестве 2 шт. В комплект поставки оборудования (на 1 комплект) должны входить:

- Блок управления и индикации (НПС-3.2) - 1 шт.
- Детектор БДС-2 (сцинтилляционный блок детектирования) - 2 шт.
- Детектор БДГ-1 (блок детектирования со счётчиком Гейгера) - 2 шт.

К блоку управления НПС-3.2 - 2-х канальному, можно подключить только два датчика (в нашем случае 1 БДС-2 и 1 БДГ-1), еще два датчика (1 БДС-2 и 1 БДГ-1) - являются запасными, для замены, в случае выхода из строя основных.

Зам. генерального
директора по логистике



М.С. Забелин