

Добрый день.

Участник закупки, далее (УЗ) просит внести изменения в условие ТЗ, а именно:

«Дополнительный мини дисплей» возможно это опечатка?

20. Спектрометр должен быть оснащен встроенным цветным сенсорным дисплеем диагональю не менее 5 дюймов и **дополнительным мини дисплеем**, двухстрочным ЖК дисплеем на задней панели для удобства просмотра марки с любого ракурса.

В том случае если это опечатка, УЗ просит внести изменения в ТЗ и исправить описание характеристики.

Данная характеристика являются второстепенными и не влияют на ключевые показатели прибора (объекта закупки). Кроме того указанная характеристика ограничивает количества участников закупки.

На основании возможности поставки эквивалента, УЗ просит указать, (внести в документацию / исправить) значения показателей эквивалентности для всего наименования и характеристик товаров. Не копируя информацию с сайтов ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ, а обозначить значения показателей **ДЕЙСТВИТЕЛЬНО** важных характеристик.

Документация об электронном аукционе **не соответствует требованиям Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Федерального закона «О защите конкуренции» от 26.07.2006 № 135-ФЗ.**